ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro

Es ist kein freier USB-Port mehr am PC vorhanden. Kann das VML-GK auch über einen USB-Hub betrieben werden?

Der Betrieb über einen USB-Hub widerspricht den Sicherheitshinweisen, dass das Gerät direkt mit dem PC verbunden sein muss, ohne zwischengeschaltete Geräte.

Eindeutige ID: #1015

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-12 09:06