

ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro

Warum erfolgt der Ausdruck vom Arztbüro in der falschen Ausrichtung?

In den Druckeinstellungen (Menü - Optionsmenü - Druckeinstellungen - Drucker wählen) des Lesegeräts ist der falsche Drucker ausgewählt.

Ändern Sie dort den Drucker auf den "Formulardrucker I".

Eindeutige ID: #1027

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-12 09:08