

ZEMO VMLGK2 v2.x u. Arztbüro

Warum ist der Ausdruck über das Arztbüro schwach, oder fehlerhaft?

Kontrollieren Sie, ob der Deckel des Druckers fest geschlossen ist.

Entfernen sie eventuelle Verschmutzungen des Heizelements (unterhalb der Abrisskante) mit Hilfe eines Q-tips und einem Tropfen Alkohol. Der Drucker sollte ausgeschaltet sein. Nach der Reinigung warten Sie ein paar Minuten, bis sich die Reinigungsflüssigkeit verflüchtigt hat, bevor Sie den Drucker wieder in Betrieb nehmen.

Eindeutige ID: #1030

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-12 09:09